



测量设备溯源抽查表

编号: 0100-2017

企业名称	益都智能技术(北京)股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术研发中心	水表校验装置	436	LS-3B (15~25) 毫米	流量稳定性: 0.92%	二等金属器标准装置 (1~1000) L: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$ 标准金属量器: (50L, 10L): 二等	北京市计量检测科学研究院	2021.01.21	√
技术研发中心	耐振压力表	1CD130.7	(0~2.5) MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.01.28	√
技术研发中心	压力表	11-11-1040	(0~1.6) MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.01.28	√
技术研发中心	水表检定装置	SY2016401	SYSB65	$U=0.98\%$ ($k=2$)	二等金属器标准装置 (1~1000) L: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$ 砝码: E2 等级	北京市计量检测科学研究院	2020.08.03	√
技术研发中心	水表检定装置	SY2016400	SYSB25	$U=0.98\%$ ($k=2$)	二等金属器标准装置 (1~1000) L: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$ 砝码: E2 等级	北京市计量检测科学研究院	2020.08.03	√
技术研发中心	压力表	00007486	(0~1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.01.28	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准；测量设备统一由技术研发中心外送至有资质的计量技术机构进行检定/校准。公司测量设备除自检外全部委托北京市计量检测科学研究院等机构检定/校准，检定/校准证书统一由技术研发中心保存。 抽查 6 台件测量设备均送至北京市计量检测科学研究院，量值溯源有效。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 3 月 23 日 审核员签字: 张云扬 部门代表签字: 刘振振								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

