



编号: 0063-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	水表(基表)压力密封试验		被测参数要求(含公差)	(13.5±1.5) MPa	
被测参数要求识别依据文件			水表(基表)压力密封检验规定		
计量要求导出方法(可另附) 1. 水表(基表)压力密封试验被测参数要求: (13.5±1.5) MPa, T=3MPa; 2. 计量要求最大允许误差: $\Delta_{允}=T \times 1/3=3 \times 1/3=1MP$, ±0.5 MPa; 3. 计量要求的测量范围: 上限按 3/2 原则, 被测参数要求 (13.5±1.5) MPa 可选 (0-22.5) MPa.					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	压力表 /YLB-003	(0-25) MPa	±0.4 MPa	Z20222-B11 6562	2022.2.28
计量验证记录 1、测量设备的测量范围(0-25) MPa, 满足计量要求的测量范围 (0-22.5) MPa 的要求。 2、测量设备最大允许误差±0.4 MPa, 满足于计量要求最大允许误差±0.5MPa 的要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 熊桂林 验证日期: 2022 年 3 月 2 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经过检定/校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员签名: 李小红 企业代表签字: 张永 审核日期: 2022 年 3 月 17 日					