



成都市计量检定测试院

Chengdu Institute of Metrology Verification and Testing

检定证书

证书编号：强 第 22007919551 号

送 检 单 位	四川中林广升环保建材有限公司
计 量 器 具 名 称	电子汽车衡
型 号 / 规 格	SCS—100
出 厂 编 号	自编02
制 造 单 位	成都华地致远电子科技有限公司
检 定 依 据	JJG539-2016 数字指示秤检定规程
检 定 结 论	Ⅲ级合格



批准人 赵 勇

核验员 王凤德

检定员 张长亮

检定日期 2022 年 03 月 07 日

有效期至 2022 年 09 月 06 日



220070767296

计量检定机构授权证书号：(川)法计(2018)10101号

客户中心：60216149/60216150

地址：天府新区双流片区物联一路255号

业务管理部：028-84443370/业务拓展部：60216153

邮编：610200

网址：www.cdjl.com.cn

证书编号：第 22007919551 号

成都市计量检定测试院是四川省法定计量检定机构				
本次检定结果均可溯源到中国国家计量基准或社会公用计量标准				
本次检定使用的计量标准装置				
名称	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
非自动衡器检定装置	100mg~100t	M,等级	【2018】成量标 法证字第065号	2022-04-20
检定地点： 龙泉 环境条件： 温度： 16.0℃ 相对湿度： 60 % 其他： /				
检 定 数 据 / 结 果				
最大秤量 $Max = 100t$ 检定分度值 $e = 50kg$				
检定项目	技术要求	检定结果		
通用技术要求的检查	应符合JJG539-2016第6条要求	符合		
置零准确度及去皮准确度	$ E \leq 0.25 e$	合格		
称量测试	$ E \leq (0.5 e \sim 1.0 e)$	合格		
偏载测试	$ E \leq 1.0 e$	合格		
重复性测试	$E_{max} - E_{min} \leq 1.0 e$	合格		
鉴别阈测试	$I_2 - I_1 = 1.0 e$	合格		
去皮后的称量测试	$ E \leq (0.5 e \sim 1.0 e)$	合格		
— 以 下 空 白 —				

注： 本检定结论仅对受检器具的本次检定有效。未经许可，不得部分复制本证书。
本证书封面未加盖成都市计量检定测试院检定专用章无效。