



编号: 0313-2021-AA-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	四川地星科技发展有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合管理部	自动安平水准仪	969151	NL32A	DS3 级	水准仪检定装置 DS05 级	四川省测绘计量检定站	2021.8.20	√
综合管理部	全站仪	2N1545	GTS-102N	II 级	竖直角标准目标系统 $U=\pm 0.3''$	四川省测绘计量检定站	2021.4.23	√
综合管理部	全站仪	2N1499	GTS-102N	II 级	竖直角标准目标系统 $U=\pm 0.3''$	四川省测绘计量检定站	2021.4.23	√
综合管理部	GNSS 接收机	0922086	HD-8200G	合格	GPS 接收机检定装置 编号: 1-15	四川省测绘计量检定站	2021.4.23	√
综合管理部	手持激光测距仪	1263110858	DISTO TM D110	1 级	金堂基线场优于 1/218 万	四川省测绘计量检定站	2020.6.27	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准项, 测量设备由综合管理部负责溯源。公司测量设备全部委托四川省测绘计量检定站检定, 检定证书由综合管理部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 23 日

审核员签字:

刘琳

部门代表签字:

钱华

说明: “测量设备计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。