



编号: 0141-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏新晖测控科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	200063173	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$, $k=2$	卡尺专用量块: 5等	江苏银河计量检测有限公司	2021.10.18	√
生产部	耐震压力表	YJ10811217	(0-40)MPa	$\pm 1.0\text{MPa}$ $U=0.5\%\text{FS}$, $k=2$	精密压力表: 0.25级	江苏银河计量检测有限公司	2022.10.18	√
质检部	水平尺	GWP-91A	GWP-C39B	$\pm 3\text{mm}$ $U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	钢直尺: $\pm 0.2\text{mm}$	江苏银河计量检测有限公司	2021.10.18	√
质检部	外径千分尺	61464	(0-25)mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.002\text{mm}$, $k=2$	量块: 5等	江苏银河计量检测有限公司	2021.10.18	√
生产部	内径百分表	3000022	(18-35)mm	$\leq 20\mu\text{m}$ $U=4\mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表 检定仪: $U=1.2\mu\text{m}, k=2$	江苏银河计量检测有限公司	2022.3.8	√
质检部	钢直尺	XH-GZC-001	1000mm	$\pm 2.0\text{mm}$ $U=0.07\text{mm}$, $k=2$	金属线纹尺: 3等;	江苏银河计量检测有限公司	2021.10.18	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部委托“江苏银河计量检测有限公司（机构注册号为 CNAS L11975）”进行校准，校准证书由质检部负责保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 19 日上午~ 2022 年 03 月 20 日下午

审核员签字: 刘东胜

部门代表签字: 王宇翔