



编号: 0141-2022

企业名称:	江苏新晖测控科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 王宇翔	
不符合事实描述: 查质检部规格型号为 XR-150D, 管理编号为 XHCK-CSSB-002 的洛氏硬度计, 校准日期为 2022 年 03 月 08 日, 未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>王宇翔</u> 企业部门代表(签名) <u>王宇翔</u> 日期: 2022 年 3 月 20 日			
纠正措施: 立即组织质检部人员核对规格型号为 XR-150D, 管理编号为 XHCK-CSSB-002 的洛氏硬度计的校准证书, 并按照校准结果粘贴标识。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>王宇翔</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘东胜</u> 日期: 2022 年 3 月 20 日			

可另附页