



编号: 0141-2022

企业名称:	江苏新晖测控科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 王宇翔	
不符合事实描述: 查证书编号为 22AX010030001 的“光谱仪”校准证书, 管理编号为 XHCK-CSSB-001, 校准日期为 2021 年 3 月 8 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>鞠磊</u> 陪同人员(签名) <u>王宇翔</u> 企业部门代表(签名) <u>王宇翔</u> 日期: 2022 年 3 月 20 日			
纠正措施: 立即组织质检部人员对证书编号为 22AX010030001 的“光谱仪”按照校准结果进行计量确认并验证。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>王宇翔</u> 审核员签名: <u>鞠磊</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠磊</u> 日期: 2022 年 3 月 20 日			

可另附页