



编号: 0240-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江奥士家具有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	林玉彪
不符合事实描述: 远程审核中检查了企业提供的编号 J001, 1.6 级 0-1.6MPa 耐震压力表的校准证书, 校准日期 2021 年 04 月 27 日 (压力表的校准周期 6 个月), 经确认企业至今未送检溯源, 属超周期使用, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员 (签名) 吴志平 陪同人员 (签名) 林玉彪 企业部门代表 (签名) 胡建平 日期: 2022. 03. 29			
纠正措施: 原因分析: 由于人员疏忽, 未及时将耐震压力表送检溯源。 纠正措施: 现立刻组织人员将此压力表送检, 举一反三。 检查在用测量设备, 如有类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: 胡建平 审核员签名: 吴志平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴志平 日期: 2022. 03. 29			

