



测量设备溯源抽查表

编号: 0140-2021-2022

企业名称	上海美科阀门有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质保部	微机控制电子万能试验机	17011803	E45.305	$\pm 1.0\%$ $U_{rel}=0.37\%$, $k=2$	标准测力仪, (0-300.000)kN, 0.3 级	上海希贝计量校准技术有限公司	2021.12.2	√
质保部	外径千分尺	4616	(0-25) mm	± 0.004 mm	量块 (5.12-100)mm 4 等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.2.17	√
质保部	游标卡尺	2-2106335	SMK/K019	± 0.04 mm	量块 (10-291.8) mm 5 等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.2.17	√
制造部	红外测温仪	47990106WS	566-2	$U=(0.7-1.5)^{\circ}\text{C}$, $k=2$	黑体辐射源 (35-500 $^{\circ}\text{C}$) $U=(0.6-1.2)^{\circ}\text{C}$, $k=2$	上海希贝计量校准技术有限公司	2021.9.18	√
制造部	压力表	2002016287	Y-100 (0-1.6MPa)	1.6 级	精密压力表标准装置 (-0.1-60MPa), 0.4 级	上海市嘉定区计量质量检验检测所	2022.2.17	√
质保部	温湿度计	WSDJ-2	WS-A1	$U=0.4^{\circ}\text{C}$, $k=2$	精密露点仪(湿度), (0-40) $^{\circ}\text{CDP}$, $\pm 0.2^{\circ}\text{CDP}$; 精密露点仪(温度), (5-50) $^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	上海希贝计量校准技术有限公司	2021.12.2	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。测量设备全部委托上海希贝计量校准技术有限公司、上海市嘉定区计量质量检验检测所进行检定/校准，检定/校准证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 25 日上午 ~ 2022 年 03 月 25 日下午

审核员签字:

张云扬

部门代表签字:

程海亮