



编号: 0140-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	上海美科阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质保部		陪同人员: 龙勇	
不符合事实描述: 查出厂编号为 151292 的“直读光谱仪”校准证书, 证书上“本次校准使用的主要计量标准器具”中, 使用的标准物质名称为“纯铁光谱标样”, “准确度等级/最大允许误差或不确定度”一栏为空白, 查质检部未对该信息进行计量确认验证。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.1.1 总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>程海亮</u> 企业部门代表(签名) <u> </u> 日期: 2022 年 3 月 25 日			
纠正措施: 立即组织公司职能部门学习 GB/T19022-2003 标准的相关条款, 联系溯源机构, 落实缺失信息, 完成验证。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u> </u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 3 月 25 日			