



编号: 0255-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	天津德瑞克石油工具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	洛氏硬度计	14LRHR2 10025	HR-150A	±1.5HRC	标准洛氏硬度量块: 63.5HRC:0.2HRC 44.2HRC:0.4HRC 25.8HRC:0.5HRC	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021.08.25	√
生产部	游标卡尺	14101647	(0-300mm)	±0.03mm	量块: 5 等	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021.08.31	√
质检部	外径千分尺	1078101	(150-175) mm	±0.004mm	量块: 5 等	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021.08.25	√
质检部	微机控制电子式万能试验机	513	WDW-100E	1 级	标准测力仪: 0.3 级	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021.08.25	√
质检部	压力表	19051274	(0-1) MPa	1.6 级	数字精密压力表: 0.05 级	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021.11.15	√
生产部	偏梯形套管螺纹工作量规	塞规号: 3561 环规号: 2010-35-3 4	9 $\frac{5}{8}$ "BCSG	$U=0.025\text{mm}$ $k=2$	校对规: $U=0.006\text{mm}$, $k=2$	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2021.9.16	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部委托河北省计量监督检测研究院廊坊分院、宝鸡市宝石石油量规检测中心进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 22 日上午 ~ 2022 年 03 月 23 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

马华伟



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表（07 版）
