



编号: 0255-2022

不符合项报告

企业名称:	天津德瑞克石油工具有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 杨久建	
不符合事实描述: 查质检部出厂编号为 513 的微机控制电子式万能试验机, 检定日期为 2021 年 08 月 25 日, 未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识” 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 _____ √ 审核员(签名) 刘复荣 陪同人员(签名) 杨久建 企业部门代表(签名) 张健 日期: 2022 年 3 月 23 日			
纠正措施: 立即组织质检部人员核对出厂编号为 513 的微机控制电子式万能试验机的检定证书, 并按照检定结果粘贴标识。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: 张健 审核员签名: 刘复荣			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: 鞠录彬 日期: 2022 年 3 月 23 日			

可另附页