



编号: 0215-2022

不符合项报告

企业名称:	云南嘉科包装科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 检测中心		陪同人员: 杨宇航	
不符合事实描述: 查检测中心提供的规格型号为 DRK103A, 出厂编号为 21061030172 “白度测定仪”, 校准日期为 2021 年 07 月 12 日, 未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>刘京胜</u> 陪同人员(签名) <u>杨宇航</u> 企业部门代表(签名) <u>周学云</u> 日期: 2022 年 3 月 27 日			
纠正措施: 立即组织检测中心核对规格型号为 DRK103A, 出厂编号为 21061030172 “白度测定仪”的校准证书, 并按照校准结果完成计量确认并粘贴标识。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>周学云</u> 审核员签名: <u>刘京胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘京胜</u> 日期: 2022 年 3 月 27 日			

可另附页