



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-15 认证报告 (07 版)



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 西安商鼎能源科技有限公司

编 号: 0191-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 西安商鼎能源科技有限公司

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 其他)

3. 注册地址: 西安经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园 A 座 12 层 19-21 号

企业活动范围和场所: 西安经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园 A 座 12 层 19-21 号

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 5 (人·日), 现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:

文件审核: 2022-03-28 8:00:00 至 2022-03-28 17:00:00,

现场审核: 2022 年 03 月 29 日 上午至 2022 年 03 月 30 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 :

姓 名	性 别	组内职务	联系 电 话	注 册 级 别	注 册 证 书 编 号
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
于养奇	男	组员	18629159868	审核员	2019-M1MMS-1274600

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	王芸芸	孔贝贝	张波	马伟明	郑晶
职 务	管理者代表兼 行政部经理	产品事业部副 经理	数字化事业部	试井事业部	产品事业部经 理

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 机械设备状态监测系统及产品的设计开发和生产; 油气田井口、管道、站场智能控制系统及产品的设计开发和生产。



涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、行政部、产品事业部、生产车间、试井事业部、数字化事业部等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业机械设备状态监测系统及产品和油气田井口、管道、站场智能控制系统等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 2000 万元，公司成立日期：2008 年 10 月 17 日。2019 年 12 月 09 日取得三证合一营业执照。营业期限长期。组织机构统一信用代码：91610132678623092Q。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。

公司取得安全生产许可证，编号：(陕)JZ 安许证字[2016]010057，有效期至 2022 年 5 月 10 日，发证单位：陕西省住房和城乡建设厅。取得中国质量认证中心颁发的 ISO9001：2015+GB/T50430-2017 工程建筑施工组织质量管理体系认证，证号：00121QJ3056（2025 年 1 月 15 日到期）、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证，证号 CQC21S33588R1M/6100 和 00121S33588R1M-1/6100（2024 年 12 月 03 日到期）；ISO14001:2015 环境管理体系认证，证号：CQC21E 34815R1M/6100，00121E34815R1M-1/6100（2024 年 12 月 03 日到期）；信息安全管理体 系认证，证号：00121IS20523R0S/6100（2024 年 12 月 15 日到期），和北京恩格威认证中心有限公司颁发的商品售后服务评价认证，证号：NGV21SC030066R0S（2024 年 11 月 30 日到期）。提交的质量授权证明文件有效。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

企业提供的《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 11 月 6 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监



视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为产品事业部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它4个部门和1个车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的7项职责，主要计量职能部门——产品事业部的13项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T 34039-2017《远程终端单元(RTU)技术规范》、GB/T 17626.2-2018 IEC 61000-4-2(2008)《试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》；GB/T 17626.4-2018 IEC 61000-4-4(2012)《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《RTU 直流电流模拟量输入值检测》等11个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对6台件测量设备（无强检设备）中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定/校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《RTU 直流电流模拟量输入值检测过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2022年03月11日至3月12组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，



对公司 4 个部门和 1 个车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 13 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 03 月 20 日开展了管理评审，会议由公司总经理彭健主持，管理者王芸芸汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 2022 年 3 月 29 日到 3 月 30 日利用 2 天的时间根据审核计划，现场先后抽样检查了企业 4 个职能部门和 1 个生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《RTU 直流电流模拟量输入值检测过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，产品事业部职能作用发挥较好，企业测量管理体系相关人员 17 人，其中专职计量人员 1 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 11 个测量过程（其中关键过程 1 个，重要测量过程 3 个，一般测量过程 7 个），《RTU 直流电流模拟量输入值检测过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用监视、核查和统计技术管理控制，企业共有 6 台件（无强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。实验室环境有效控制，满足要求；测量设备标识清晰完整；产品事业部负责建立建立测量设备合格供方和服务供方名录。对提供服务的中国航发南方工业有限公司计量实验室，大连计量检验检测研究院有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在生产现场发现一台编号已经看不清的绝缘电阻表，未见到溯源证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条的要求。属于次要不符合。

13.3 现场重点抽查了《RTU 直流电流模拟量输入值检测》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准。企业测量设备均委外送检到中国航发南方工业有限公司计量实



验室，大连计量检验检测研究院有限公司等单位进行检定、校准。检测机构检定/校准资质齐全，满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《RTU 直流电流模拟量输入值检测过程控制规范》。已识别过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按作业指导书的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《RTU 直流电流模拟量输入值检测过程不确定度评定报告》不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了《RTU 直流电流模拟量输入值检测》等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 抽查公司能源管理情况：

该企业为非重点耗能单位，能源计量管理满足 GB17167 要求。2021 年全年电量 30017 度；水 502 吨。折算为 3.73 吨/标煤。能源计量器具准确度等级为 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 03 月 28 日的文件审核和 2022 年 03 月 29 日至 30 日的现场审核情况，审核组认为，西安商鼎能源科技有限公司领导重视测量管理体系工作，产品事业部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为西安商鼎能源科技有限公司的测量管理体系运行符合 GB/T



19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、建议加强标准和体系文件的培训宣贯。对计量要求导出、测量过程监视、核查、统计技术应用等内容加强培训、理解和应用。

15.1、加强台帐信息动态管理, 完善软件台帐的内容。

16. 其他需要说明的事项: 无

17. 审核组组长(签字):  日期: 2022.3.30

18. 审核组成员(签字):  日期: 2022.3.30

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期: