



编号: 0184-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	宁波市高品科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部陪同人员: 韩志军			
不符合事实描述: 远程审核中检查了企业提供的《测量设备台帐》, 抽查了其中的 0-1.6MPa, 1.6 级三只压力表 (ZR20180947、ZR20180933、ZR20180919) 未能提供压力表校准证书, 未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>吴志平</u> 陪同人员(签名) <u>韩志军</u> 企业部门代表(签名) <u>韩志军</u> 日期: 2022. 03. 31			
纠正措施: 1. 因人员疏忽, 未按时送检溯源。 2. 立即将三只压力表送至有资质的校准机构校准溯源。 3. 举一反三: 检查现场在用的测量设备有无遗漏, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>韩志军</u> 审核员签名: <u>吴志平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实. 验证有效. 审核组代表签名: <u>吴志平</u> 日期: <u>2022. 03. 31</u>			

可另附页

