



测量设备溯源抽查表

编号: 0104-2018-2022

企业名称		深圳市特发信息股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电子万能材料试验机	11301048	CMT4304	0.5 级	0.3 级测力仪标准装置 砝码 M1 等级 电子秒表 $U=0.03s/d$, $k=2$ 带表卡尺 $U=0.01mm$, $k=2$ 标准测力仪 0.1 级	深圳中航技术检测所有限公司	2022-01-12	√
品质部	光纤多参数测试仪	54322522	2200 型	截止波长 $U=13mm$, $k=2$ 模场直径 $U=0.18\mu m$, $k=2$ 谱损 $U=0.20dB/km$, $k=2$	谱损耗: 0.008dB/km 截止波长:3.7mm 模场直径 1310nm 0.08 μm , 1550nm 0.08 μm	中国电子科技集团第二十三研究所检验中心	2021-4-15	√
生产部	激光外径测量仪	1410102133 51	DDM-205 0L	$\pm 2\mu m$	标准芯棒 $U=0.2\mu m$, $k=2$	深圳中航技术检测所有限公司	2022-01-12	√
生产部	交流火花机检测仪	20102012	AWSC-20	$\pm 1.5\%$	交直流高电压标准装置: 直流高压 0.1 级交流高压 0.2 级直流电流 0.06 级交流 电流 0.1 级	深圳中航技术检测所有限公司	2022-01-12	√
品质部	温湿度计	TF4555-011	TH702F	温度 $\pm 2.0^{\circ}C$ 相对湿度 $\pm 7.0\%RH$	精密露点仪标准装置露 点温度 $MPE\pm 0.2^{\circ}CDP$ 温度 $U=0.4^{\circ}C$ 湿度 $U=1.2\%RH$	深圳中航技术检测所有限公司	2022-01-12	√
品质部	数显卡尺	K16G260264	(0~150) mm	$\pm 0.03mm$	卡尺专用量块 5 等 刀口形直尺 $U=0.5\mu m$, $k=2$ 外径千分尺 $U=1.2\mu m$, $k=2$	深圳中航技术检测所有限公司	2022-01-12	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司(未)建最高计量标准,测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中航技术检测所有限公司、中国电子科技集团第二十三研究所检验中心等机构检定/校准,校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。 审核日期: 2022 年 4 月 12 日 审核员签字: 邱柏臣 部门代表签字: 梁赐东								

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。