



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0059-2020-2022

| 企业名称 安徽逸通新型建材科技有限公司 |               |                |                |                           |                                              |             |           |               |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 部门                  | 测量设备名称        | 测量设备编号         | 型号规格           | 测量设备计量特性                  | 测量标准装置名称及技术参数                                | 检定/校准机构     | 检定/校准日期   | 符合打√<br>不符合打× |
| 品管部                 | 压力表           | YQ10149<br>545 | (0-1.6)<br>MPa | $U=0.5\%FS$<br>$k=2$      | 精密压力表标准装置:<br>0.05 级                         | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 品管部                 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 2018675        | RV-300CT<br>W  | $U=0.5^{\circ}C$<br>$k=2$ | 温湿度试验设备自动检定系统:<br>$U=0.10^{\circ}C$<br>$k=2$ | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 生产部                 | 数显卡尺          | 19072740       | (0-150)<br>mm  | $U=0.01mm$<br>$k=2$       | 量块:<br>4 等                                   | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 品管部                 | 电子万能试验机       | 2011342        | WDT-20KN       | $U_{rel}=0.8\%$<br>$k=2$  | 标准测力仪:<br>$U_{rel}=0.08\%$<br>$k=2$          | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 生产部                 | 真空压力表         | YA06088<br>637 | (-0.1~0)MPa    | $U=0.5\%FS$<br>$k=2$      | 精密压力表:<br>0.05 级                             | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 品管部                 | 熔体流动速率仪       | 2011289        | XRL-400        | $U=0.3g/10min$<br>$k=2$   | 聚乙烯熔体流动速率标准物质:<br>二级                         | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 品管部                 | 数显鼓风干燥箱       | 11126          | GZX-9146       | $U=0.7^{\circ}C$<br>$k=2$ | 温湿度试验设备自动检定系统:<br>$U=0.10^{\circ}C$ , $k=2$  | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |
| 品管部                 | 密度天平          | 83320807<br>63 | AR124CN        | $U=0.5mg$<br>$k=2$        | F2 级砝码: F2 等级<br>E2 级砝码: E2 等级               | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.2.28 | √             |

审核综合意见:  
公司未建立最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托“东莞市帝恩检测有限公司(机构注册号: CNAS L6483)”进行校准, 校准证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 31 日上午至 2022 年 4 月 1 日上午

审核员签字: 阳红宇 部门代表签字: 张军

