



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都宏强科技有限公司		陪同人员 李侯隆
受审核部门	维修部	预计整改完成日期	2022. 4. 1

不符合事实描述:

查在用检具, 提供的游标卡尺、百分表、交直流钳形表和绝缘电阻表的有效校准证书已失效, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 梁明珠 审核组长: 梁明珠 受审核方代表: 刘学军
日期: 2022. 4. 2 日期: 2022. 4. 2 日期: 2022. 4. 2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施有效, 符合可以关闭

审核员: 梁明珠 日期: 2022. 4. 8

