



测量设备溯源抽查表

编号: 0048-2020-2022

企业名称	四川中隆泰建设工程有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	测厚仪	031	(0-10) mm	$U=0.01\text{mm}$ $m,k=2$	量块 (5.12-100) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2022.01.26	√
质检部	外径千分尺	02050123	(0-25) mm	± 0.004mm	量块 (5.12-100) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2022.01.26	√
生产部	压力表	HC686102 04034	(0-1.6) MPa	1.6 级	数字压力表标准装置 (-0.1-2) MPa 0.05 级	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2022.01.25	√
生产部	游标卡尺	0140	(0-200) mm	± 0.03mm	量块 (10-291.8) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2022.01.26	√
质检部	电子天平	126293	BL-3000	III 级	砝码 F1 等级	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2022.01.20	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准,测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备全部委托“攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心(计量授权证书号:(川)法计(皖2018)10401号)”进行检定/校准,检定/校准证书由行政部保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 4 月 2 日上午至 2022 年 4 月 2 日下午

审核员签字:

部门代表签字: