




中华人民共和国
计量器具型式批准证书

连云港腾越电子科技有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2019FG014-32

批准人：

丁永祥

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

超声水表

型号：LXC-Q（系列）

规格：DN（50~300）mm

(1) 常用流量DN50mm: $Q_3=40\text{m}^3/\text{h}$; DN65mm: $Q_3=63\text{m}^3/\text{h}$;

DN80mm: $Q_3=63\text{m}^3/\text{h}$; DN100mm: $Q_3=100\text{m}^3/\text{h}$; DN125mm:

$Q_3=160\text{m}^3/\text{h}$; DN150mm: $Q_3=250\text{m}^3/\text{h}$; DN200mm: $Q_3=400\text{m}^3$

/h; DN250mm: $Q_3=630\text{m}^3/\text{h}$; DN300mm: $Q_3=1000\text{m}^3/\text{h}$;

(2) 量程比: $Q_3/Q_1=400$ (315、250、200、160)、

$Q_2/Q_1=1.6$;

(3) 温度等级: T50 (T30);

(4) 压力等级: MAP16 (MAP10);

(5) 压力损失等级: $\Delta P40$ ($\Delta P63$);

(6) 上游流畅敏感度等级: U3 (U10);

下游流畅敏感度等级: D0 (D5);

(7) 环境严酷度等级: C级;

(8) 电磁环境条件等级: E2 (E1);

(9) 可测反向流;

(10) 防护等级: IP68;

(11) 准确度等级: 2级;

发证日期：



2019年4月26日

发证机关（盖章）：

No: 0000392