



编号: 0329-2022

不符合项报告

企业名称:	河北申科智能制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 王晓光	
不符合事实描述: 现场查#9 号楼水表生产车间, 1 号全自动表校验装置配套设备, 量程 (0-1.6) MPa、等级 1.6、编号 210565727 压力表, 2022 年 4 月 7 日已校准合格, 但未粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) 耿丽 修 陪同人员(签名) 王晓光 企业部门代表(签名) 王岐亮 日期: 2022、4、13			
纠正措施: 现场整改, 粘贴计量合格标识。 企业部门代表签名: 王岐亮 审核员签名: 耿丽 修			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 耿丽 修 日期: 2022、4、13			

可另附页