



编号: 0325-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东新泰隆环保集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	邵氏硬度计	DRK-030	D 型	$U=0.34HD$, $k=2$	数字式邵氏硬度计 检定装置: 精度 0.1%, 试验力 $U=0.1\%$, $k=2$	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.02.24	√
生产部	游标卡尺	DRK-026	(0-300) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	量块: 4 等	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.02.24	√
生产部	卷尺	DRK-025	(0-3) m	$U=0.3\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺: $U=5\mu\text{m}+5\times$ $10-6L$, $k=2$	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.02.24	√
研发部	紫外可见分 光光度计	51304120 3009	UV-7504	透 射 比 : $U=0.9\%$, $k=2$ 波长: $U=0.9\text{nm}$, $k=2$	紫外可见光透射比 U440: $U_{rel}=1\%$, $k=2$ 杂散光滤光片: $U=0.01\times A$, $k=2$ 可见光区透射比滤 光片 (Z595-1/2/3)	中国赛宝实 验室计量检 测中心	2022.02.24	√
生产部	耐震压力表	14101844 032	(0-1) MPa	1.6 级	标准活塞式压力 计: 0.05 级	佛山市质量 计量监督检 测中心	2021.12.21	√
研发部	漆膜测厚仪	DRK-025	UT343D	$U=2.0\mu\text{m}$ $k=2$	测厚仪标准片: $U=1.0\mu\text{m}$, $k=2$	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.02.24	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。测量设备全部委托中国赛宝实验室计量检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心进行检定/校准，检定/校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 11 日上午 ~ 2022 年 04 月 12 日上午

审核员签字:

部门代表签字: