



编号：0268-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	柱塞式往复泵排出压力试验	被测参数要求(含公差)	压力（6.0-6.8）MPa		
被测参数要求识别依据文件	GB/T 9234-2018 《机动往复泵》				
计量要求导出方法： 1、测量参数公差范围：T=0.8MPa 2、测量设备的最大允许误差： $\Delta_{允} \leq T/3=0.8\text{MPa}/3=0.27\text{MPa}$ 3、被测参数测量范围：技术要求压力（6.0-6.8）MPa，根据测量范围导出的原则。选择测量范围为（0-16）MPa 压力表。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差 最大值/准确度等级/ 测量不确定度)	校准证书编号	校准日期
	抗震压力表 /CE806	(0-16) MPa	$\pm 0.256\text{MPa}$	KSZS214203D026	2021.06.04
计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-16）MPa，满足导出计量要求测量范围（0-10）MPa 的要求； 测量设备的最大允许误差为 $\pm 0.256\text{MPa}$ ，满足导出计量要求最大允许误差 0.27MPa 的要求； 验证结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合（注：在选项上打√，只选一项）					
验证人员签字：李斌			验证日期：2021 年 8 月 5 日		
认证审核记录： 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备经校准； 5. 测量设备验证方法正确。					
审核员意见：姜阳					
企业代表签字：刘子文			审核日期：2022 年 4 月 10 日		