测量设备溯源抽查表

编号：0129-2021-2022

企业名称	上海科科阀门集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
质管部	移动光谱仪	11008935	Spettro test tec25	检出限：≤0.02%	纯铁光分析标准物质 0.0003%~0.012%	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	超声波探伤仪	R10576	PXUT-350B+	U=2.8% k=2	超声波探伤仪检定装置频率: $U=3\times10^{-5}$	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.29	√
质管部	液压万能试验机	6794	WEW-100B	Urel=0.37% k=2	标准测力仪 (0~100)kN 0.1 级	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
生产部	压力表	70141	（0～25）MPa	U=0.6%FS（k=2）	精密压力表 0.4 级	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.08.19	√
质管部	洛氏硬度计	6848	HR150A	±1.5HR	标准洛氏硬度块±0.4HR	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	冲击试验机	90875	JB300B	Urel=0.2% k=2	标准测力仪等 0.1 级	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	涂层测厚仪	2833113	DLX-TC 2350	U=2.0μm k=2	标准测厚片 U=（0.3~4）μm k=2	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	游标卡尺	YB002/0806041656	（0～200）mm	U=0.01mm k=2	量块 5 等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	内径百分表	NC001	（30～50）mm	U=1.0μm k=2	百分表检定仪 4μm	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	外径千分尺	WK03/C14786	（275~300）mm	±9μm	量块 4 等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.07.11	√
质管部	微机控制电液伺服液压万能试验机	21207	WAW-600B	Urel=0.4%, k=2	标准测力仪：0.3 级	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.28	√
质管部	洛氏硬度计	SKJC007	HR-150A	U=0.5HRC, k=2	标准金属洛氏硬度块: U=0.4HRC,k=2	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.08	√
质管部	带表卡尺	K19E81594	（0-300）mm	±0.04mm	卡尺量具检定装置 5 等	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.28	√

生产部	压力表	YQ12322826	(0-40MPa)	*U*=0.4%FS *k*=2	精密压力表标准装置 *0.4 级*	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.28	√
质管部	橡胶硬度计	811319123681	LX-D	*U*=0.23N *k*=2	标准测力计 0.1 级	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.28	√
质管部	百分表	1907689	（0-10）mm	*U*=6 μ m *k*=2	数显式指示表检定仪 *U*=1.6 μ m *k*=2	上海捷祥测控技术有限公司	2022.04.28	√

审核综合意见：

公司未建立最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海捷祥测控技术限公司、上海希贝计量校准技术有限公司进行检定校准，检定校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2022 年 9 月 23 日上午~9 月 24 日下午

审核员签字： 刘京胜　　部门代表签字： 陆建平