



编号: 0129-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	上海科科阀门集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 陆建平	
不符合事实描述: 查编号 SCS-100, 编号 20220711018 的电子汽车衡, 溯源不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 中“7.3.2 溯源性”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>陆建平</u> 企业部门代表(签名) <u>陆建平</u> 日期: 2022 年 9 月 24 日			
纠正措施: <u>联系计量机构鉴定 并整改三</u> <u>进行整改。</u> 企业部门代表签名: <u>陆建平</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: <u>主要问题已纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>刘东胜</u> 日期: 2022 年 9 月 24 日			

可另附页