北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

不符合项报告

审核领域及类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东拓水环保科技有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	胡伟伟

不符合事实描述：

未能提供质检员所用钢卷尺、绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、耐电压测试仪校准合格的证据，不符合规定要求。

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
□ GB/T 50430-2017 标准 条款:
□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
□ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：□严重 ■一般

审核员：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：[illegible]
日 期：2019.12.15 日 期：2019.12.15 日 期：2019.12.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

[illegible]

审核员：[illegible] 日期：2019.12.18

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供质检员所用钢卷尺、绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪、耐电压测试仪校准合格的证据。
纠正情况： 马上联系校准事宜。
原因分析： 质检部负责人对标准理解不深刻，没有认识到仪器校准的重要性。
纠正措施： 对质检部管理人员培训 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求。 预定完成日期：2019.12.30
举一反三检查情况： 检查其他部门和过程有无类似情况，经检查未发现。
受审核方纠正措施有效性的验证： 措施有效。 验证人：日期：[illegible] 12.18

受审核方代表：日期：[illegible] 12-18

第 页共 页

员工培训考核记录表

时间：2019.12.16	培　　训　　主　　题	培训教师：赵广洋
地点：会议室	外审不符合整改培训	培训方式：讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款 3. 学习 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 8.1 条款； 4. 学习公司的化学品 MSDS 的要求；	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：赵广洋	

广东省电子电器研究所
Guangdong Electronic and Electric Institute
CGEL

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0307

校准证书
Calibration certificate

证书编号 Certificate No. CGEL119121616121　　第 Page 1 页共 of 3 页

委托方 Client：山东拓水环保科技有限公司

仪器名称 Description：卷尺　　型号规格 Model/Type：/

制造者 Manufacturer：/　　编号 Serial No.：TS-001

委托方地址 Add. of Client：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

本次校准所使用的主要测量标准
Standards of measurement used in the calibration

名称 Description	证书编号 Certificate No.	编号 Serial No.	有效期至 Due date
标准卷尺	182503751	DF-L-037	2020-10-10

本次校准所依据技术文件 Reference documents for the calibration：JJG 4-2015钢卷尺检定规程

校准地点 Place of calibration：本所实验室　　温度 Temperature：20 ℃　　相对湿度 Relative Humidity：58 %

发证单位（专用章）Issued by (stamp)

批准人 Approved by：
核验 Inspected by：
校准 Calibrated by：

校准日期 Cal. Date：2019 年 Year 12 月 Month 16 日 Day

建议下次校准日期 Due Date：2020 年 Year 12 月 Month 15 日 Day

地址：广州市三元里沙涌南村南大街45号
电话：(8620) 36376431 36379942
传真：(8620) 36379942
邮编：510400
E-MAIL: ji@cgel.org.cn

Address: No.45 Shachongnan Cunnan street,Sanyuanli,Guangzhou
Tel: (8620) 36376431 36379942
Fax: (8620) 36379942
Post Code: 510400
http: //www.cgel.org.cn

广东省电子电器研究所
CGEL Guangdong Electronic and Electric Institute

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0307

校 准 证 书
Calibration certificate

证书编号 Certificate No. CGEL119121616126　　第 1 页 共 3 页 Page of

委托方 Client：山东拓水环保科技有限公司

仪器名称 Deseription：耐电压测试仪　　型号规格 Model/Type：WB2671

制造者 Manufacturer：杭州威博科技有限公司　　编号 Serial No.：TS-006

委托方地址 Add. of Client：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

本次校准所使用的主要测量标准
Standards of measurement used in the calibration

名 称 Description	证书编号 Certificate No.	编 号 Serial No.	有效期至 Due date
数字高压表	DCG201900230	15043150	2020-09-09
兆欧表标准电阻器	DYQ201904251	6633	2020-09-23
电子秒表	WSP201901368	F142	2020-08-18
数字多用表	CGE0272018019511	US36091458	2019-12-29

本次校准所依据技术文件 Reference documents for the calibration：JJG 795-2016耐电压测试仪检定规程

校准地点：Place of calibration：委托方现场　　温度：Temperature：20 ℃　　相对湿度：Relative Humidity：58 %

发证单位（专用章）Issued by (stamp)

批准人：Approved by
核验：Inspected by
校准：Calibrated by

校准日期：Cal. Date：2019 年 Year 12 月 Month 16 日 Day

建议下次校准日期：Due Date：2020 年 Year 12 月 Month 15 日 Day

地址：广州市三元里沙涌南村南大街45号
电话：(8620) 36376431 36379942
传真：(8620) 36379942
邮编：510400
E-MAIL: ji@cgel.org.cn

Address: No.45 Shachongnan Cunnan street,Sanyuanli,Guangzhou
Tel: (8620) 36376431 36379942
Fax: (8620) 36379942
Post Code: 510400
http: //www.cgel.org.cn

广东省电子电器研究所
CGEL Guangdong Electronic and Electric Institute

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0307

校 准 证 书
Calibration certificate

证书编号 *Certificate No.* CGEL119121616125　　第 1 页 *Page* 共 3 页 *of*

委托方 *Client* 山东拓水环保科技有限公司

仪器名称 *Deseription* 泄漏电流测试仪　　型号规格 *Model/Type* WB2675

制造者 *Manufacturer* 杭州威博科技有限公司　　编号 *Serial No.* TS-005

委托方地址 *Add. of Client* 菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

本次校准所使用的主要测量标准
Standards of measurement used in the calibration

名 称 *Description*	证书编号 *Certificate No.*	编 号 *Serial No.*	有效期至 *Due date*
数字多用表	CGE0272018019511	US36091458	2019-12-29
绝缘电阻表检定装置	DYQ201904767	6633	2020-08-15
电子秒表	WSP201901368	F142	2020-08-18

本次校准所依据技术文件 *Reference documents for the calibration* JJG843-2007 泄漏电流测量仪(表)检定规程

校准地点: *Place of calibration* 委托方现场　　温度: *Temperature* 20 ℃　　相对湿度: *Relative Humidity* 58 %

发证单位（专用章） *Issued by (stamp)*

批准人: *Approved by*
核验: *Inspected by*
校准: *Calibrated by*

校准日期: *Cal. Date* 2019 年 *Year* 12 月 *Month* 16 日 *Day*

建议下次校准日期: *Due Date* 2020 年 *Year* 12 月 *Month* 15 日 *Day*

地址: 广州市三元里沙涌南村南大街45号
电话: (8620) 36376431 36379942
传真: (8620) 36379942
邮编: 510400
E-MAIL: ji@cgel.org.cn

Address: No.45 Shachongnan Cunnan street,Sanyuanli,Guangzhou
Tel: (8620) 36376431 36379942
Fax: (8620) 36379942
Post Code: 510400
http: //www.cgel.org.cn

广东省电子电器研究所
Guangdong Electronic and Electric Institute
CGEL

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0307

校 准 证 书
Calibration certificate

证书编号 Certificate No. CGEL119121616123　　第 1 页 共 3 页 Page of

委托方 Client：山东拓水环保科技有限公司

仪器名称 Deseription：绝缘电阻表　　型号规格 Model/Type：ZC25-4

制造者 Manufacturer：南京祥瑞德电器科技有限公司　　编号 Serial No.：TS-003

委托方地址 Add. of Client：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

本次校准所使用的主要测量标准
Standards of measurement used in the calibration

名 称 Description	证书编号 Certificate No.	编 号 Serial No.	有效期至 Due date
数字高压表	DCG201900230	15043150	2020-09-09
兆欧表标准电阻器	DYQ201904251	6633	2020-09-23

本次校准所依据技术文件 Reference documents for the calibration：JJG 622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程

校准地点 Place of calibration：委托方现场　　温度 Temperature：20 ℃　　相对湿度 Relative Humidity：58 %

发证单位（专用章） Issued by (stamp)

批准人 Approved by：

核验 Inspected by：

校准 Calibrated by：

校准日期 Cal. Date：2019 年 Year 12 月 Month 16 日 Day

建议下次校准日期 Due Date：2020 年 Year 12 月 Month 15 日 Day

地址：广州市三元里沙涌南村南大街45号
电话：(8620) 36376431 36379942
传真：(8620) 36379942
邮编：510400
E-MAIL: ji@cgel.org.cn

Address: No.45 Shachongnan Cunnan street,Sanyuanli,Guangzhou
Tel: (8620) 36376431 36379942
Fax: (8620) 36379942
Post Code: 510400
http: //www.cgel.org.cn

广东省电子电器研究所
Guangdong Electronic and Electric Institute
CGEL

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0307

校 准 证 书
Calibration certificate

证书编号 Certificate No.: CGEL119121616124　　第 Page: 1 页共 of: 3 页

委托方 Client: 山东拓水环保科技有限公司

仪器名称 Deseription: 绝缘电阻测试仪　　型号规格 Model/Type: WB2681A

制造者 Manufacturer: 杭州威博科技有限公司　　编号 Serial No.: TS-004

委托方地址 Add. of Client: 菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

本次校准所使用的主要测量标准
Standards of measurement used in the calibration

名 称 Description	证书编号 Certificate No.	编 号 Serial No.	有效期至 Due date
数字高压表	DCG201900230	15043150	2020-09-09
兆欧表标准电阻器	DYQ201904251	6633	2020-09-23

本次校准所依据技术文件 Reference documents for the calibration: JJG 690-2003高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程

校准地点 Place of calibration: 委托方现场　　温度 Temperature: 20 ℃　　相对湿度 Relative Humidity: 58 %

发证单位（专用章）Issued by (stamp)

批准人 Approved by: 黎长飞

核验 Inspected by: 刘巨强

校准 Calibrated by: 林斌

校准日期 Cal. Date: 2019 年 Year 12 月 Month 16 日 Day

建议下次校准日期 Due Date: 2020 年 Year 12 月 Month 15 日 Day

地址：广州市三元里沙涌南村南大街45号
电话：(8620) 36376431 36379942
传真：(8620) 36379942
邮编：510400
E-MAIL: ji@cgel.org.cn

Address: No.45 Shachongnan Cunnan street,Sanyuanli,Guangzhou
Tel: (8620) 36376431 36379942
Fax: (8620) 36379942
Post Code: 510400
http://www.cgel.org.cn