



测量设备溯源抽查表

编号: 0036-2018-2022

企业名称	浙江中兴防爆器材有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技检部	内径千分尺	160183352	(50-600)mm	$U=0.004\text{mm}$, $k=2$	卧式测长仪 $U=0.2+2\times 10^{-6}L$, $k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
生产部	游标卡尺	12031145	(0-300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$, $k=2$	量块 五等	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
生产部	外径千分尺	1422139	(250-275)mm	$U=0.001\text{mm}$, $k=2$	量块 四等	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
技检部	耐电压测试仪	70849	CC267DA	$\pm 5.0\%$ $U_{rel}=1.8\%$, $k=2$	数字高压表 ACV: $\pm 1.0\%$ DCV: $\pm 0.5\%$	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
生产部	压力表	27602	(0-2.5)MPa	$U_{rel}=0.8\text{FS}\%$, $k=2$	数字压力表 0.4级	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
生产部	内测千分尺	160475074	(2-30)mm	$\pm 0.007\text{mm}$ $U=2.1\mu\text{m}$, $k=2$	量块 3等	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√
质管部	数字温度计	13101208593	TES1310	$U=1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温度校准仪 $U=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2022.3.18	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托“广东精衡检测科技有限公司(认可证书号: L4487)”进行检定/校准, 校准证书由技检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年4月13日上午至2022年4月14日上午

审核员签字:

部门代表签字: