




测量设备溯源抽查表

编号: 0226-2021

企业名称	四川英才教学设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	数显卡尺	003698	(0-150)mm	$\pm 0.02\text{mm}$	量块 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 11. 8	√
生产车间	测厚仪	003699	(0-20) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 2 等	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 11. 8	√
生产车间	普通钢卷尺	011534	(0-3.5) m	$U=0.2\text{mm}, k=2$	标准钢卷尺 $U=(5+5L)\mu\text{m}, k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 11. 8	√
生产车间	钢直尺	003700	(0-1000) mm	$\pm 0.2\text{mm}$	标准金属线纹尺三等	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 11. 8	√
生产车间	电子秤	66055	30kg	$\pm 15\text{g}$	标准砝码 F1 等级	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 11. 8	√
审核综合意见: 企业已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》。该企业没有建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托有资质的东莞市帝恩检测有限公司检定/校准, 质检部负责保存测量设备的校准/检定证书。符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 4 月 16 日上午~ 4 月 16 日 下午 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。