



编号: 0360-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏省朗晖实业发展有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 崔兵远	
不符合事实描述: 检查检测中心(物检室)的使用环境要求为(22-24)℃, 相对湿度为(48-52)%RH, 已配备了 HTC-1 型的温湿度计, 但未列入《测量设备台帐》管理, 且未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> ✓ </u>; 审核员(签名) <u>吴李平</u> 陪同人员(签名) <u>崔兵远</u> 企业部门代表(签名) <u>崔兵远</u> 日期: 2022.4.21			
纠正措施: 1. 及时将此台 HTC-1 型温湿度计列入《测量设备台帐》并送检溯源。 2. 由公司相关部门安排对检测中心, 该车间进行再检查, 核实, 确认有无类似情况一并解决。 企业部门代表签名: <u>崔兵远</u> 审核员签名: <u>吴李平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: 2022.4.21			

可另附页