



测量设备溯源抽查表

编号: 0087-2020-2022

企业名称	星禾环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	数字万用表	4160172 3WS	15B+ (0-40)mA	交流电流: $U=0.22\text{mA}$, $k=2$ 直流电流: $U=0.22\text{mA}$, $k=2$	多用表校准系统: 交流电流: $U_{rel}=0.017\%$, $k=2$ 直流电流: $U_{rel}=0.012\%$, $k=2$	方圆检测认证有限公司	2021.07.27	√
生产部	机动车尾气遥感温湿度监测系统	R6600W 990	STGR660-2	示值误差 温度: 0.17°C 湿度: 1.2% 压力: 0.2kPa	叶轮风速仪 $U=0.05\text{m/s}$, $k=2$ 温湿度压力仪: 温度: $U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度: $U=1.1\%\text{RH}$, $k=2$ 压力: $U=5.0\%\text{FS}$, $k=2$	北京市计量检测科学研究院	2021.5.27	√
技术部	机动车尾气遥感监测气象环境监测系统	R66000 HJ9	STGR660-1	$U=1.8\%$, $k=2$	遥感标准气 $U=1\%$, $k=2$	北京市计量检测科学研究院	2021.5.27	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准,测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“方圆检测认证有限公司(机构注册号: CNAS L7928)”、“北京市计量检测科学研究院”(计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01007号)进行检定/校准,检定校准证书由技术保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 4 月 18 日上午至 2022 年 4 月 19 日上午

审核员签字:

部门代表签字: