



编号: 0087-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	星禾环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 刘梦雪	
不符合事实描述: 查型号规格为 STDR-660 的“氙灯”校准证书, 校准日期为 2020 年 08 月 27 日, 查测量设备台账上该设备已标注“封存”, 查“测量设备封存申请表”, 封存原因为长期不用, 封存日期 2021 年 7 月 15 日。查设备上未粘贴封存标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>刘梦雪</u> 企业部门代表(签名) <u>尹广亮</u> 日期: 2022 年 4 月 19 日			
纠正措施: 立即落实该测量设备“测量设备封存申请表”的信息, 并粘贴封存标识, 组织测量设备管理人员进行检查, 发现类似问题后一并整改完成。 企业部门代表签名: <u>尹广亮</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 4 月 19 日			