



测量设备溯源抽查表

编号: 0005-2019-2022

企业名称	重庆川仪调节阀有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	量块	803327	(125 ~ 500)mm, 8 块组	5 等	四等量块标准装置	中国四联仪器仪表有限公司 计量测试中心	2022.3.4	√
质量管理部	量块	814258	(5.12~100)mm, 20 块组	4 等	三等量块标准装置	中国四联仪器仪表有限公司 计量测试中心	2022.3.4	√
生产物资部	游标卡尺	220217049	() 0~1000) mm	±0.07mm	量块: 5 等 量块: 4 等	重庆世通仪器检测服务有限公司	2022.2.10	√
生产物资部	数显洛氏硬度计	0035	HRS-150	±1.5HRC	金属洛氏硬度计检定装置: HRA:0.4HRA; HRB:0.03(130-)HRB; HRN:0.6HRN; HRT:1.2HRT	重庆市计量质量检测研究院	2022.3.1	√
质量管理部	直读光谱仪	07005370	TEST19	$U=10\%$, ($k=2$)	碳钢、低合金钢标准物质: 二级	重庆世通仪器检测服务有限公司	2021.8.5	√
质量管理部	液压式万能试验机	4826	WEW-600D	1 级	0.3 级测力仪标准装置: $U_{rel} = 0.4\%(k=2)$	重庆市计量质量检测研究院	2022.3.1	√
质量管理部	三坐标测量机	7618829CA	GLOBAL S O9.12.08 -Green	$U=0.3\mu m + 2 \times 10^{-6}L$, ($k=2$)	量块: (600-1000mm, 3 等) 步距球规: ($U=0.3\mu m + 2 \times 10^{-6}L$, $k=2$) 量块: (125-500mm, 3 等)	重庆市计量质量检测研究院	2021.11.16	√
生产物资部	耐震压力表	YB03143209	(0-10MPa) 1.6 级	$U=0.6\%FS$ ($k=2$)	数字压力计: 0.5 级 活塞式压力机: 0.05 级	重庆世通仪器检测服务有限公司	2022.1.6	√



审核综合意见：

公司建立企业最高计量标准 2 项，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托“中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心、江苏世通仪器检测服务有限公司、重庆世通仪器检测服务有限公司、重庆市计量质量检测研究院”进行检定/校准，检定/校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2022 年 4 月 20 日上午~4 月 21 日 上午

审核员签字： 张云扬

部门代表签字： 陈世文