



测量设备溯源抽查表

编号: 0025-2019-2022

企业名称	江特科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	电子台秤	2082	TCS-150kg	III级	砝码 M ₁ 级	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√
质检部	带表卡尺	HC205580	(0~150)mm	±0.03mm	量块 5 等	江阴市计量测试检定所	2021 年 08 月 02 日	√
质检部	游标卡尺	1108651	(0~1000)mm	±0.07mm	量块 4 等	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√
质检部	电子天平	B647341553	AR124CN	I 级	砝码 E ₂ 级	江阴市计量测试检定所	2021 年 5 月 12 日	√
质检部	数显温度控制仪	5-02	0~400℃	0.5 级	特稳携式校验仪 0.02%	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√
质检部	溶体流动速率仪	JTGF-J-07	MFI-1211	U=0.2℃ K=2	温湿度场巡检仪 温度: 0.06℃ 湿度: 0.1%RH	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√
质检部	精密 π 尺	10941	φ (15~55)mm	U=0.02mm K=2	标准钢卷尺 ± (0.03+0.03L)mm	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√
质检部	静液压试验机	1708038	JJHBT-22020	U=0.008MPa K=2	智能数字压力校验仪 0.05 级 电子秒表 ±0.5s/d 绝缘电阻表 10 级	江阴市计量测试检定所	2021 年 05 月 12 日	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江阴市计量测试检定所检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 4 月 24 日上午~4 月 25 日上午

审核员签字: 汪守艺

部门代表签字: 凌永贵 薛志新