



测量设备溯源抽查表

编号: 0036-2019-A-2022

企业名称	安徽金大仪器有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	水表检定装置	837	LS-4B DN(25~50) mm	0.2 级	标准金属量器 二等	安徽省计量科学研究院	2020.6.2 (24 个月)	√
质量部	恒温槽	B2020A0503	ZCTB-300D H	均匀性 $U=0.004^{\circ}\text{C}$ 波动性 $U=0.006^{\circ}\text{C}$ $k=2$	二等标准铂电阻温度计	安徽省计量科学研究院	2021.6.23	√
生产部	带表卡尺	200440718	(0-300) mm	MPE: $\pm$ 0.04mm	三等量块	滁州市技术监督检测中心	2021.8.10	√
生产部	活塞式压力计	611	YS600 (0-60) MPa	005 级	活塞式压力计 0.005 级	安徽省计量科学研究院	2022.3.25	√
生产部	专用砝码	配套 611	1kg、5kg	1.0206 $\pm$ 0.0002kg 5.108 $\pm$ 0.001kg	砝码 F1 等级	安徽省计量科学研究院	2022.3.28	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省计量科学研究院和滁州市技术监督检测中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 18 日

审核员签字:

左校

部门代表签字:

殷永伟

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。