



编号: 0374-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称		洛阳愿景科技有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	水表检定装置	522	LCN-3B	0.2 级	热量表检定装置 流量: $U_{rel}=0.18\%$, $k=2$ (静态质量法) $U_{rel}=0.28\%$, $k=2$ (标准表法); 温度: $U=0.025^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 砝码 M1 等级 数字测温仪 $U=0.03^{\circ}\text{C}$, $k=2$	河南省计量科学研究院	2021 年 6 月 10 日 (周期 24 个月)	√
生产部	压力表	200910999	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	洛阳市质量计量检测中心	2021 年 12 月 20 日	√
技术服务部	游标卡尺	E21010	(0-200) mm	MPE: $\pm 0.03\text{mm}$	量块 五等	洛阳市质量计量检测中心	2021 年 12 月 20 日	√
生产部	万用表	3100501010	UT61E	电压: $U_{rel}=0.4\%$ 电流: $U_{rel}=1.2\%$ 电阻: $U_{rel}=0.07\%$ $k=2$	多功能校准源 MPE: ACV: $\pm 0.09\%$; DCV: $\pm 0.008\%$; DCI: $\pm 0.048\%$; ACI: $\pm 0.09\%$; 电阻: $\pm 0.022\%$	洛阳市质量计量检测中心	2021 年 12 月 20 日	√
生产部	指针温湿度表	20201204-1	指针式	温度 $U=0.3^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度 $U=2\%\text{RH}$ $k=2$	光学精密露点仪 $U=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$	中国空空导弹研究院计量测试中心	2021 年 12 月 09 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托河南省计量科学研究院、中国空空导弹研究院计量测试中心、洛阳市质量计量检测中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由生产部保存。根据远程抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 22 日--23 日

审核员签字:

杨松

部门代表签字:

李新帅



说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。