



测量设备溯源抽查表

编号: 0442-2021-2022

企业名称	濮阳市中原石化实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	高效液相色谱仪	50905100116	LC5090	$U=0.0096\%$, $k=2$	液相色谱检定用溶液标准物质 (奈-甲醇溶液): 二级	浙江中溯计量技术有限公司	2020.12.07 (周期间隔 24 月)	√
质量部	气相色谱仪	790018527	GC9790	$U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	气相色谱检定用标准物质异辛烷中正十六烷: 二级	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.16 (周期间隔 24 月)	√
助剂厂	箱式电阻炉	16070015	SX-2.5-109	$U=1.8^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温湿度试验设备检定系统: $\pm 0.03\%\text{FS}$	无锡精纬计量检验检测有限公司	2021.11.20	√
安环部	电子台秤	3773712	TCS-150	III级	非自动衡器检定装置: M_1 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2021.07.15	√
安环部	可燃气体探测器	S1001	S101	$\pm 5\%\text{FS}$	可燃气体检测报警器检定装置: $U_{rel}=1\%$, $k=2$	无锡精纬计量检验检测有限公司	2021.12.07	√
塑编厂	数字指示秤	201208	XK3190-A12E	III级	非自动衡器检定装置: M_1 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2022.03.24	√
安环部	一般压力表	1917	-0.1-0.5MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2022.01.4	√
质量部	电热恒温干燥箱	192506	DHG-9202-0SA	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温湿度试验设备检定系统: $\pm 0.03\%\text{FS}$	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2021.11.22	√
塑编厂	千分尺	(0-25)mm	G955	$\pm 0.004\text{mm}$	量块 4 等	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2022.3.31	√
质量部	电子拉力试验机	BJGBLH190806	GBL-H	1 级	材料试验机检定装置: 0.3 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2022.03.03	√



审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托濮阳市质量技术监督检验测试中心、广州广电计量检测股份有限公司、浙江中溯计量技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、无锡精纬计量检验检测有限公司等机构检定/校准, 检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 4 月 28 日上午~4 月 30 日下午

审核员签字:

部门代表签字: