



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-07 测量过程控制检查表 (06版)

编号: 0442-2021-2022

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程		企业部门	质量部	
被测参数 要求	参数 M	2,4-二叔丁基苯酚含量 ≤0.2%	测量过程计 量要求	最大允许误差	±0.033%
	公差 T	0.2%		允许不确定度	0.022%
	其他要求	无		其他要求	无
测量过程要素控制状况					
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	示值误差	其他计量特性	满足
高效液相色谱仪	/	$U=0.0096\%, k=2$	/	/	
测量过程控制规范编号	PYZSCL-GF-202001《抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程控制规范》				满足
测量方法编号	HG/T 3712-2010《抗氧剂 168》				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	吉庆文, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	附 1《测量过程不确定度评定报告》				满足
有效性确认方法	附 3《测量过程有效性确认表》				满足
测量过程监视方法、 监视记录	附 2《测量过程监视记录及控制图》				满足
综合评价	审核记录: 1. 查《抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4. 查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5. 查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)				

审核日期: 2022 年 4 月 30 日

审核员:

企业部门代表: