



编号: 0442-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	濮阳市中原石化实业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 安环部		陪同人员: 褚园园	
不符合事实描述: 查安环部提供的型号规格为 ESD100, 编号为 GP5001 的“有毒有害报警器”检定证书, 检定日期为 2021 年 8 月 20 日, 检定结果为不合格。查“测量设备停用申请表”, 已办理停用, 停用日期为 2021 年 8 月 20 日。查测量设备台账上未对该设备的管理状态进行更新。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备” 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___ 审核员(签名) <u>鞠永彬</u> 陪同人员(签名) <u>褚园园</u> 企业部门代表(签名) <u>武艳慧</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			
纠正措施: 1、立即落实该设备“测量设备停用申请表”的信息, 并更新台账中管理状态信息。 2、组织测量设备管理人员进行检查, 发现类似问题后一并整改完成。 企业部门代表签名: <u>武艳慧</u> 审核员签名: <u>鞠永彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠永彬</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			

可另附页