



测量设备溯源抽查表

编号: 0276-2021-2022

企业名称	山东昱铭环保工程有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	风速仪	YMHB003	GM816	$U_{rel}=2\%$ ($k=2$)	风洞装置	广东中准检测有限公司	2021 年 10 月 08 日	√
质检部	里氏硬度计	20190532	SW-6210	$\pm 12HLD$	标准里氏硬度块; $U=5HLD$ $k=2$;	广东中准检测有限公司	2021 年 10 月 08 日	√
质检部	超声波测厚仪	510	SW-6510	$U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	标准圆管试块; $U=0.007mm$ $k=2$	方圆检测认证有限公司	2021 年 10 月 08 日	√
生产部 (技术)	游标卡尺	YMHB001	(0-150) mm	$U=0.01mm$ ($k=2$)	量块; 4 等	广东中准检测有限公司	2021 年 10 月 08 日	√
质检部	电子天平	20030846	YP500018	$U=0.4g$ $k=2$	砝码 4917; E2 等级	山东汇海检测科技有限公司	2021 年 10 月 28 日	√
质检部	数显角度尺	YMHB002	(0-360)°	$U=1.6''$, $k=2$	角度块; 1 级	广东中准检测有限公司	2021 年 10 月 08 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》, 《量值溯源管理控制程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委广东中准检测有限公司、方圆检测认证有限公司山东汇海检测科技有限公司检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 29 日上午~04 月 29 日下午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。