



测量设备溯源抽查表

编号: 0053-2020-2022

企业名称	东营市铁人抽油杆有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量处	粗糙度比较样块	TR-	Ra (0.1-6.3) μm	$U_{\text{rel}}=7\%$ $k=2$	表面粗糙度测量仪 $U_{\text{rel}}=4\%$ $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
生产处	百分表	7992	(0-10) mm	$U=6.3\mu\text{m}$ $k=2$	光栅式指示表 检定仪 MPE:6 μm	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
技术质量处	洛氏硬度计	0553	HR-150A	$U=0.7\text{HR}$ $k=2$	标准洛氏硬度块 $U=0.2\text{HR}$ $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
技术质量处	万能试验机	114	WEW-1000D	1 级	测力仪标准装置 0.3 级	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
技术质量处	电子天平	D1063888	FA1004	① 级	E ₂ 等级砝码组 标准装置 E ₂ 等级	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
生产处	游标卡尺	15053084	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	卡尺量具检定装置 5 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
技术质量处	微机高速分析仪	101010	HXS-3A	$U_{\text{rel}}=2.5\%$, $k=2$	钢铁成分碳硫标准物质 $C: U=(0.0002-0.005)\%$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.02.20	√
生产处	压力表	2111132	Y-100	1.6 级	数字压力计标准装置	东营市计量测试检定所	2022.3.10	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术质量处负责溯源。测量设备检定/校准委托山东凯利布森测控技术有限公司、东营市计量测试检定所进行检定/校准, 检定/校准证书由技术质量处保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 04 月 28 日上午~2022 年 04 月 28 日下午								
审核员签字: 刘京胜 部门代表签字: 丁永昌								