



测量设备溯源抽查表

编号: 0049-2020-2022

企业名称	淄博弘扬石油设备集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	微机屏显式液压试验机	111	WEW-1000A	$U_{rel}=0.4\%$ $k=2$	标准测力仪 0.3 级	苏州国方校准测试技术有限公司	2021.11.9	√
实验室	洛氏硬度计	9170	AT-130R DB	$\pm 1.5\text{HRC}$ $U=0.6\text{HRC}$ $k=2$	洛氏硬度块 $U=0.4\text{HR}$ $k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2021.11.9	√
生产部	数字指示称	SCS-150 型	14013	$\pm 12.5\text{kg}$	非自动衡器检定装置 M_1 级	淄博市淄川区计量测试所	2022.03.02	√
实验室	量块	88-1	(10-291.8) mm	5 等	四等量块标准装置 4 等	淄博市计量技术研究院	2022.1.18	√
实验室	热电偶检定仪	15061182	KRJ-600	$U=0.23^\circ\text{C}$ $k=2$	一等标准铂铑 10-铂热电偶 一等标准铂铑 10-铂热电偶 一等	淄博市计量技术研究院	2021.8.31	√
质检部	洛氏硬度计	2229	HR-150A	$\pm 1.5\text{HRC}$	洛氏硬度块 $U=0.4\text{HR}$ $k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2021.11.09	√
生技部	在线式光纤测温仪	6-001	AL-B	$U=3.1^\circ\text{C}$, $k=2$	黑体辐射源 $U=(1.0-1.4)^\circ\text{C}$, $k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2021.10.19	√
品质部	抽油杆杆头荧光磁粉探伤仪	571-42	CLH-2000	$U=0.1\text{A}$, $k=2$ 剩余磁感应强度 $\leq 0.1\text{mT}$	磁粉探伤机标准试片 $U_{rel}=10\%$, $k=2$ 电流传感器 $\pm 0.1\%$	北京市计量检测科学研究院	2021.10.15	√

审核综合意见:

公司已建立五项最高计量标准, 测量设备由实验室负责溯源。公司测量设备委托“淄博市计量技术研究院 (计量授权证书号: (鲁) 法计 (2018) 37003 号)”、“淄博市淄川区计量测试所 (计量授权证书号: (鲁) 法计 (2014) 370309 号)”、“苏州国方校准测试技术有限公司 (CNAS L7684)”、“北京市计量检测科学研究院 (CNAS L0187)” 等进行检定/校准, 检定/校准证书由实验室保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 26 日上午 ~ 2022 年 04 月 27 日下午

审核员签字:

部门代表签字: