



测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市迪奥比家具有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
品管部	数显卡尺	LC303819	(0~150) mm	±0.03mm	量块: 4 等 2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.6.17	√
生产部	水平尺	019831000	1000mm	平面度: 0.10mm	平板: $U=3\mu m, k=2$ 塞尺: $U=0.002mm, k=2$ 钢直尺: $U=0.08mm, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.25	√
品管部	木材含水量测量仪	02338871	AR971	±5.0%	电子天平: I 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.6.24	√
品管部	钢卷尺	JC5-01	5m	II 级	标准钢卷尺 MPE: $\pm (0.03+0.03L) mm$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.6.17	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》,《测量设备管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 4 月 29 日~4 月 30 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。