



## 测量设备溯源抽查表

编号：0405-2021-2022

|                    |                |                  |                        |                                       |  |                     |                                       |               |
|--------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 企业名称               | 陕西秦衡中计检测技术有限公司 |                  |                        |                                       |  |                     |                                       |               |
| 部门                 | 测量设备名称         | 测量设备编号           | 型号规格                   | 测量设备计量特性                              | 测量标准装置名称及技术参数  | 检定/校准机构             | 检定/校准日期                               | 符合打√<br>不符合打× |
| 计量检测<br>鉴定部（榆林靖边）  | 数字压力表          | 211H122500<br>17 | ConST211<br>(0-100)MPa | 0.2 级                                 | 活塞压力计 0.02<br>级  | 陕西省计量<br>科学研究院      | 检定：<br>2022.4.15                      | √             |
| 计量检测<br>鉴定部（榆林靖边）  | 数字压力表          | 211H111300<br>34 | ConST211<br>(0-10)MPa  | 0.05 级                                | 活塞压力计 0.02<br>级  | 陕西省计量<br>科学研究院      | 检定：<br>2022.4.15                      | √             |
| 计量检测<br>鉴定部（榆林靖边）  | 活塞式压力计         | TY-519           | TY-60/(0-60)<br>Mpa    | 0.05 级                                | 活塞压力计 0.02<br>级  | 西安航天计<br>量测试研究<br>所 | 检定：<br>2021.4.27<br>有效期至<br>2023.4.26 | √             |
| 计 量 检 测<br>鉴定部（西安） | 压力校验仪          | 1712000          | 719 30G                | 0.02 级                                | 气体活塞压力计<br>0.005 级   | 陕西省计量<br>科学研究院      | 检定：<br>2022.4.18                      | √             |
| 环境测量<br>部（西安）      | 辐射温度计          | 02316750023<br>S | FLUKE65                | $U=(1.2--3)^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$ | 辐射温度计<br>$U=(0.3--1.7)^{\circ}\text{C}$ ，<br>$K=2$ /黑体辐射<br>源：稳定性<br>$\leq 0.1\%/10\text{min}$ | 陕西省计量<br>科学研究院      | 校准：<br>2022.04.19                     | √             |
| 环境测量<br>部（榆林靖边）    | 风速仪            | 0587178          | T87F                   | $U=0.24\text{m/s}$ ，<br>$k=2$         | 皮托静压管<br>MPE：±0.005 热<br>线式风速仪<br>MPE：±2%差压<br>变送器<br>$U=0.020\text{mA}$ ，<br>$k=2$            | 陕西省计量<br>科学研究院      | 校 准：<br>2021.8.12                     | √             |
| 计量检测<br>鉴定部（榆林靖边）  | 多功能声级计         | 10337307         | AWA5688                | 2 级                                   | 标准传声器<br>$U=(0.05--0.12)\text{dB}$<br>$k=2$  | 陕西省计量<br>科学研究院      | 检定：<br>2021.9.2                       | √             |

### 审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准器，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托陕西省计量科学研究院和西安航天计量测试研究所等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 04 月 29 日

审核员签字：

左校

部门代表签字：

李渭



说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

第 1 页 Page 1  
共 3 页 This certificate includes 3 pages

西安航天计量测试研究所  
Measuring and Testing Institute under Xi'an Aerospace Corporation

**检定证书**  
Verification Certificate

证书编号: JD210803826  
Certificate No.

送 检 单 位 陕西秦衡中计检测技术有限公司  
Applicant

计 量 器 具 名 称 活塞式压力计  
Name of Instrument

型 号 / 规 格 TY-60/(1~60) MPa  
Type/Specification

出 厂 编 号 TY-519  
Serial No.

制 造 单 位 西安特种仪表研究所  
Manufacturer

检 定 依 据 JJG59-2007 活塞式压力计检定规程  
Verification Regulation

检 定 结 论 符合 0.05 级  
Conclusion

批准人 张斌  
Approved by

(检定专用章) 核验员 李莉  
Stamp Checked by

检定员 汪啸  
Verified by

检定日期 2021 年 04 月 27 日  
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2023 年 04 月 26 日  
Valid until Year Month Day

检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号 电话: (029) 85207455  
Authorization Certificate No. Telephone

西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱) 邮编: 710100  
Post Code

(029) 85207667 电子邮件:  
Email