



编号: 0499-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	压力表超压试验	被测参数要求(含公差)	压力 $\geq$ (6+1.8) MPa		
被测参数要求识别依据文件	GB/T1226-2017 《一般压力表》				
计量要求导出方法: 1、测量参数公差范围: $T=1.8\text{MPa}$ 2、测量设备的最大允许误差: $\Delta_{允} \leq T/3=1.8\text{MPa}/3=0.6\text{MPa}$ 3、被测参数测量范围: 技术要求压力$\geq$ (6+1.8) MPa, 则选择测量范围为 (0-25) MPa 的压力表进行测量。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	压力表/1563	(0-25) MPa	$\pm 0.4\text{MPa}$	YL7022128255	2022.01.20
计量验证记录: 测量设备的测量范围为 (0-25)MPa, 满足导出计量要求测量范围 (0-12) MPa 的要求; 测量设备的最大允许误差为$\pm 0.4\text{MPa}$ 满足导出计量要求最大允许误差 0.6MPa 的要求; 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打$\sqrt{}$, 只选一项) 验证人员签字: 王向伟 验证日期: 2022 年 3 月 18 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见: 姜丽 企业代表签字: 王丹 审核日期: 2022 年 05 月 06 日					