



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

没有提供的带表尺尺. 内径百分表. 带尺校准证书已过期.

纠正情况:

立即校准. 监测设备校准证书.

原因分析:

工作人员认识疏忽, 未及时送检监测设备.

纠正措施:

组织对生产部相关人员认识培训 250 9001:2015 标准 7.1.5 条款, 并做好培训记录, 提高员工专业技能和责任意识.

预定完成日期: 2022-5-11

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员认识已理解透彻并树立了责任意识, 防止此类情况再次发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 经验证基本有效.

验证人: 陈丽文

日期: 2022-5-13

受审核方代表: 陈丽文

日期: 2022-5-13