



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)


编号: 0503-2022

不符合项报告

企业名称:	广东尚永智控科技有限公司	不符合报告编号:	2022050701
受审核部门: 品管部		陪同人员: 张昌开	
不符合事实描述: 品管部抽查晶体振荡器 (编号 51020479F035) 校准证书 (编号 21041001834) 校准机构: 东北国家计量测试中心没有纳入合格外部供方管理。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022:2003 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>杨四水</u> 陪同人员(签名) <u>张昌开 7/5-2022</u> 企业部门代表(签名) <u>张昌开</u> 日期: 2022.5.7			
纠正措施: 1. 随同审核员返回时, 接收证书, 通知品管部, 由品管部通知外部供方整改, 立即纳入合格供方名单, 并予以评价。 2. 检查品管部在整改期间, 是否对供方进行评价, 如未及时纳入合格供方, 将予以处罚。 企业部门代表签名: <u>张昌开</u> 审核员签名: <u>杨四水</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>李静</u> 日期: 2020.5.8			

服务类外部供方评价表

编号: JR6.4/02

单位名称/地址/联系方式		东北国家计量测试中心	
证书情况	☒ 计量授权证书编号: (国) 法计 (2017) 01038, (国) 法计 (2017) 01004	有效期至	2017.7.27-2022.7.26
	☐ 计量认证证书编号:	有效期至	
	☐ 实验室认可证书编号:	有效期至	
评价内容	权重 (%)	评价结果	得分
合法资质	20	☐ 有 (20) ☐ 过期 (10) ☐ 无 (0)	20
价格优势	20	☐ 优 (20) ☐ 良 (15) ☐ 中 (10) ☐ 差 (0)	18
服务态度	20	☐ 优 (20) ☐ 良 (15) ☐ 中 (10) ☐ 差 (0)	18
能力范围	20	☐ 优 (20) ☐ 中 (10) ☐ 差 (0)	13
工作效率	20	☐ 优 (20) ☐ 中 (10) ☐ 差 (0)	15
综合得分		84	
结论	☒ 同意作为服务类合格外部供方 (75分以上) ☐ 不同意作为合格外部供方		
主要问题: 无			
评价人: 邝光维	审核: 张昌开  7/5-2022		评价日期: 2022.5.7

计量合格供方名录

编号: JR6. 4/01

单位名称	提供的产品或服务	单位地址	资质情况	电话/传真	电子邮箱
佛山市顺德区质量技术监督检测所	强检压力表的检定	广东省佛山市顺德区东涌三路2号	强检授权 CNAS	0757-22210807	sd688116@126.com
华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院	水表校验台 检定	广州市松柏东街	强检授权 CNAS	020-86594172	YW@scm.com.cn
广东省世通仪器检测服务有限公司	常规仪器的校准	广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区	CNAS	0769-23180607	fshxiong@126.com
东北国家计量测试中心	晶体振荡器校准	沈阳和平区文化路3巷9号	强检授权	024-23921037	YW@lnjl.com.cn

编制(更新)/日期: 卢光维 2022.5.7

审核/日期: 张昌开 2022.5.7

说明: 本记录由品管部组织填写并保存, 一式一份。每年更新1次。

 7/5-2022