



测量设备溯源抽查表

编号: 0012-2019-2022

企业名称	江西洪都航空工业集团有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量安全部/计量中心	量块	78-1834	(0.5~100)mm	3 等	量块、2 等、(0.5~100)mm	国防科技工业第一计量测试研究中心	2021.9.24	✓
质量安全部/计量中心	活塞压力计	N2401	BHY-0.6L	0.02 级	活塞压力计、(0.04~0.6)MPa、0.005 级	国防科技工业第一计量测试研究中心	2021.4.30	✓
质量安全部/计量中心	pH 计计量标准	130712	SDF-III	0.0006 级	高精度数字表 $U=6 \times 10^{-6}$, $k=2$	国防科技工业应用化学一级计量站	2021.9.15	✓
质量安全部/计量中心	砝码	9396	1mg~500g	F1 等级	砝码、1mg~500g、E ₂ 等级	国防科技工业 3611 二级计量站	2022.4.11	✓
制造工程部	微机控制弯曲试验机	31506001	BHT5505	1.0 级	标准测力仪、0.3 级	广州广电计量检测股份有限公司	2022.3.3	✓
制造工程部	直流标准电阻	886452	BZ3	0.01 级	标准电阻、0.001Ω~10kΩ、一等	国防科技工业 3611 二级计量站	2022.3.2	✓
检验中心	数字温湿度表	JD-160787	VC230	温度: ±2℃ 相对湿度: ±7.0%	精密露点仪、(-19.5~19.4)℃DP, (10~40)℃、2 级	江西洪都航空工业集团有限公司	2021.11.18	✓
检验中心	磁粉探伤机	20100603088	CDG-4000 E	不确定度: $U=1.2 \times 10^{-2}$, $k=2$	磁强计, (0~1)mT、 $U=0.05$ mT, $k=2$	国防科技工业 3611 二级计量站	2022.1.21	✓
飞机部装二厂	精密压力表	LBC-B0057	40MPa	0.4 级	压力校验台、(0~40)MPa、0.05 级	江西洪都航空工业集团有限公司	2022.3.2	✓
机械加工厂	三坐标测量机	GL0F000059	Global 20.40.15	(4.5+5L/1000)μm	量块、(125~500)mm、三等	江西洪都航空工业集团有限公司	2021.11.26	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 已建最高计量标准 49 项, 获得国防科技工业计量标准考核证书, 测量设备由计量中心组织周期量传和溯源, 主要溯源单位有: 国防科技工业第一计量测试研究中心、国防科技工业应用化学一级计量站、国防科技工业 3611 二级计量站、广州广电计量检测股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限公司等机构检定/校准, 测量设备校准/检定证书由计量中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

质量安全部/计量中心 2022 年 4 月 21 日现场审核, 编号 N2401 活塞压力计在有效期内。
胡永权. 2022.5.1

审核日期: 2022 年 4 月 21 日~5 月 7 日 (共 1.5 天)

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。