



测量设备溯源抽查表

编号：0003-2020-2022

企业名称		杭州海豪实业有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	钢卷尺	MK-GJC-01	5m	±1mm	标准钢卷尺	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.12/12	√
生技部	游标卡尺	MK-KC-01	(0-150)mm	±0.02mm	量块 5 等	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.12/12	√
生技部	钢直尺	MK-GZC-01	(0-600)mm	±0.1mm	金属线纹尺 3 等	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.12/12	√
生技部	塞尺	MK-SC-01	0.02-1.00mm	$U=0.3\mu m$ (k=2)	测 长 仪 MPE:0.25 μm	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.12/12	√

审核综合意见：
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准项，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省世通仪器检测服务有限公司检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 5 月 9 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。