



编号: 0430-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东顺德科锐玛电器有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	色差仪	3002666	NH300	$U(\Delta L^*) = 2.4 \text{ k}=2$	标准色板 / 证书 编号 ZY0121060007	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 8 月 28 日	√
品管部	接地电阻测试仪	I110112470	MN1101A	电阻: $U_{rel}=0.25\%$; 电流: $U_{rel}=0.15\%$ $k=2$	接地电阻表检定装置/ 证书编号 DVQ20211724	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 08 月 28 日	√
品管部	耐电压测试仪	MA00236	MN0201A	交流电压: $U_{rel}=1.0\%$, 交流击穿电流: $U_{rel}=0.6\%$, 时间: $U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	耐电压测试仪检定装置 / 证书 DCG202190368	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 08 月 28 日	√
品管部	扭矩测试仪	936395	HP-100	扭矩: $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	力值砝码/证书 编号 214101482; 证书 编号 14101481; 扭矩校验杆/证书 编号: 201521107	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 08 月 28 日	√
生产部	数字压力表	1712200068	MIK-Y190	$U=0.06\%$ $k=2$	活塞式压力计/ 证书编号 RYJ201906617	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021 年 08 月 31 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品管负责溯源。公司测量设备委托深圳市中测计量检测技术有限公司和佛山市顺德区质量技术监督检测所检定/校准, 校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 5 月 9 日~10 日

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。