




编号: 0510-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	东莞市从墨塑胶材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	pH 计	CM-SDJ-01	PH-520	$U=0.02, k=2$	pH 计检定仪: $U_{rel}=0.005\%$ pH 标准缓冲溶液: $U=0.01pH$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.5.24	√
品质部	分析天平	31393833	BSA224S/220g	I 级	砝码: F2 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.5.22	√
品质部	电子秤	20010881	ZCS/7.5kg	III 级	砝码: M2 级 砝码: F1 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.5.22	√
品质部	刮板细度计	89-6-60	QXD 型/ (0-50) μm	$U=3\mu m, k=2$	光学计: MPE: $0.25 \mu m$ 刀口直尺: MPE: $1 \mu m$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.5.24	√
生产部	地磅	1605096534	XK3190-A12 +E/2000kg	III 级	砝码: M2 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.5.22	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托广东省世通仪器检测服务有限公司校准，校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 5 月 11 日~5 月 12 日								
审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

